



1) センター間	500mm
2) ベット上面对センターとの平行度	0.005MM以内
3) ベット上面の平面度	0.005MM以内
4) スピンドルの移動量	約10MM

外形図

図番	個数	仕上	面取
		表面処理	熱処理
名称	特殊偏心検査器 NO-1	材質	
新潟理研測範株式会社	承認	検図	製図
	内藤	内藤	内藤
		尺度	図法
		FRSE	第三角法