



- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1) センター間           | 500mm     |
| 2) ベット上面对センターとの平行度 | 0.005MM以内 |
| 3) ベット上面の平面度       | 0.005MM以内 |
| 4) スピンドルの移動量       | 約10MM     |

外形図

図番	個数	仕上	面取
		表面処理	熱処理
名称	特殊偏心検査器 NO-1	材質	
新潟理研測範株式会社		承認	検図
		製図	尺度
		内藤	内藤
		内藤	FRSE
		第三角法	